

许昌市质量技术监督检验检测中心

配装眼镜产品质量检验细则

JXZ 05 05-2021

1. 范围

本细则适用于 2021 年度许昌市市场监督管理局委托的监督抽查任务, 检查产品范围为配装眼镜。

2. 检验依据

GB13511.1-2011 配装眼镜 第 1 部分:单光和多焦点

GB10810.1-2005 单光及多焦点镜片

GB/T14214-2003 眼镜架 通用要求和试验方法

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

3. 抽样

3.1 抽样方法

配装眼镜以下达配镜单的方式, 要求眼镜加工企业现场装配并抽取样品; 成品眼镜从同型号规格中随机抽取。

3.2 抽样基数

在生产领域抽样时, 成品眼镜同型号规格的产品作为一批, 以实际库存量为抽样基数, 配装眼镜基数为 2 副。

3.3 抽样数量

每个企业至少抽取 1 个品种, 每个品种抽取 2 副 (检样、备样各 1 副), 检样封存带回、备样封存到该眼镜店。

3.4 样品单

应按照有关规定填写抽样单, 并记录被检查企业相关信息。

4. 检验项目及重要程度分类

序号	检验项目	依据标准	检测方法	重要程度或不合格程度分类	
				A 类	B 类
1	球镜顶焦度偏差 (主子午面一)	GB13511.1	GB10810.1	•	
2	镜片材料和表面质量	GB13511.1	GB10810.1	•	
3	光学中心水平偏差	GB13511.1	GB13511.1	•	
4	水平光学中心与眼瞳 的单侧偏差	GB13511.1	GB13511.1	•	
5	光学中心垂直互差	GB13511.1	GB13511.1	•	
6	装配质量	GB13511.1	GB13511.1		•
7	两镜片顶焦度互差	GB13511.1	GB13511.1	•	
8	光学中心水平距离允 差	GB13511.1	GB13511.1	•	
9	光学中心垂直互差	GB13511.1	GB13511.1	•	
a 极重要质量项目；b 重要质量项目。					

5. 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被检查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被检查产品不合格。当产品存在 A 类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅有 B 类项目不合格时，属于一般不合格。

6. 异议处理复检

对不合格项目复检时，具备复检条件的，在原样上进行复检，当复检结果不合格，维持原检验结果不变；当复检结果合格，以复检结果为准，复检结论为最终结论。